

平成26年 5月 2日
検体番号 R14040080G

放射能測定結果書

東京都足立区千住曙町37-33
株式会社トーセキ様

一般財団法人 千葉県薬剤師会検査センター

〒260-0024 千葉市中央区中央港1丁目12番

TEL 043(246)2950

検査責任者 森 広和



平成26年 4月30日 受付した検体について、放射能測定結果は次のとおりです。

1. 試料名 アルペンピュアウォーター 本社(水質)
2. 測定項目 放射性ヨウ素(^{131}I)、放射性セシウム(^{134}Cs)および放射性セシウム(^{137}Cs)
3. 採取年月日 平成26年 4月30日 10:00
4. 測定日 平成26年 4月30日
5. 測定方法 ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法
(厚生労働省健康局水道課「水道水等の放射能測定マニュアル」(平成23年10月)に準拠)

6. 測定条件

測定機器: CANBERRA 社製 Ge 半導体検出器 GR2021 ISOCS/LabSOCS			
測定試料量	2.0kg	測定時間	624 秒

7. 測定結果

測定核種	測定結果(Bq/kg)
放射性ヨウ素(^{131}I)	検出せず※
放射性セシウム(^{134}Cs)	検出せず※
放射性セシウム(^{137}Cs)	検出せず※

※「検出せず」とは検出限界値(3Bq/kg)を超えないことを意味する。

備考

採取日時からの放射能の減衰補正は行っておりません。

—以下余白—

技術管理者

